ACCU-CHEK® Aviva

Roche

SV

Börja här

Kom igång-guide

ACCU-CHEK®

⚠ VARNING

- Den här kom igång-guiden ersätter inte bruksanvisningen till din Accu-Chek Aviva-blodsockermätare. Bruksanvisningen innehåller viktiga hanteringsanvisningar och ytterligare information.
- Blodprovstagaren är endast avsedd för personligt bruk.

Översikt över mätaren

1. På/Av- och inställningsknapp
2. Display
3. Höger och vänster pilknapp
4. Plats för testremsa
5. Batterilucka
6. IR-fönster

Förbereda blodprovstagaren

1

Bekanta dig med Accu-Chek FastClix-blodprovstagaren.

2

Ta ut lansettrumman ur väskans ficka.

3

ANMÄRKNING
Varje lansettrumma innehåller 6 sterila lanseter.

⚠ VARNING
Du får inte samtidigt skjuta in lansettrumman i blodprovstagaren och trycka på avtryckaren eller stödja blodprovstagaren med avtryckaren mot exempelvis en bordsskiva. Om du gör det kan en lansett matas ut och du kan sticka dig oavsiktligt.

4

Skjut in lansettrummanen i blodprovstagaren med den vita änden först. Tryck lansettrummanen ända in i blodprovstagaren tills den klickar på plats.

ANMÄRKNING
Ta inte ut lansettrumman förrän du har använt alla 6 lanseterna eftersom du inte kan sätta tillbaka lansettrumman om du en gång har tagit ut den ur blodprovstagaren.

5

Sätt tillbaka kåpan på blodprovstagaren. Kontrollera att den utskurna delen på kåpan justeras mot den upphöjda konturen på blodprovstagaren.

6

Ställ in önskat insticksdjup. Börja med 2. Om du har tjockare hud, ska du välja ett större insticksdjup.

När du är redo att börja testa...

Använda blodprovstagaren: När du trycker på avtryckaren laddas och utlöses blodprovstagaren med endast 1 klick.

Utföra ett blodsockertest

1

Tvätta och torka händerna innan du utför ett blodsockertest.

2

Kontrollera utgångsdatumet på testremseburken. Använd inte testremsor som har passerat utgångsdatum.

3

Ta ut en testremsa ur testremseburken. Förslut testremseburken väl.

4



Sätt in testremsan i mätaren i pilarnas riktning tills mätaren piper.

En blinkande bloddroppssymbol visas.

5

Hålli blodprovstagaren hårt mot sidan av fingertoppen och tryck på avtryckaren för att sticka hål på huden.

6



För änden av testremsan till bloddroppen. Applicera inte blod ovanpå testremsan.

När mätaren piper och Ξ blinkar finns det tillräckligt med blod i testremsan.

Testresultatet visas på displayen efter 5 sekunder.

Innan du avslutar...

Förbered blodprovstagaren för nästa test. Skjut spaken så långt det går och tillbaka igen för att förbereda en ny lansett. Indikatorn visar antalet återstående lanseter.

Felmeddelanden

Om något av felmeddelandena nedan visas på displayen vid något tillfälle, ska du omgående läsa kapitel 5, Display- och felmeddelanden, i bruksanvisningen.

E-1 Testremsan kan vara skadad eller felaktigt isatt. Ta ut testremsan och sätt in den igen eller byt ut den om den är skadad.

E-3 Ditt blodsockervärde kan vara extremt högt, eller också är det fel på mätaren eller testremsan. Om testresultatet stämmer överens med hur du mår, ska du kontakta läkarev/diabetesteamet omgående. Om testresultatet inte stämmer överens med hur du mår, ska du upprepa blodsockertestet. Se kapitel 2, Ovanliga blodsockerresultat, i bruksanvisningen. Om även det andra testresultatet inte stämmer överens med hur du mår, ska du utföra ett kontrolltest med kontrollösning och en ny testremsa. Om kontrollresultatet ligger inom godkänt område, ska du kontrollera att du följde momenten i testprocedoren och upprepa blodsockertestet med en ny testremsa. Om E-3-meddelandet fortsätter att visas efter blodsockertestet kan ditt blodsockerresultat vara extremt högt och ligga över systemets mätområde. **Kontakta läkarev/diabetesteamet omgående.** Om kontrollresultatet ligger utanför godkänt område, ska du läsa kapitel 4, Tolka kontrollresultat som ligger utanför godkänt område, i bruksanvisningen.

E-4 Testremsan har inte sugit upp tillräckligt med blod eller kontrollösning för ett test, eller också tillfördes droppen efter att testet hade startat. Kassera testremsan och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet.

E-6 Blod eller kontrollösning fördes till testremsan innan den blinkande droppsymbolen visades på displayen. Kassera testremsan och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet.

E-7 Ett elektronisk fel uppstod, eller i sällsynta fall togs en använd testremsa ut ur mätaren och sattes in igen. Stäng av mätaren och slå på den igen eller ta ut batteriet och sätt in det igen efter 20 sekunder. Utför ett blodsocker- eller kontrolltest.

E-8 Temperaturen ligger över eller under det kornrikta temperaturområdet för systemet. Mer information om systemets användningsvillkor finns i bipacksedeln till testremsorna. Flytta dig till ett område med de lämpliga villkoren, vänta 5 minuter och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet. Mätaren får inte värmas upp eller kylas ned på konstgjord väg.

E-9 Batteriet är nästan slut. Byt batteriet omgående. Om meddelandet visas igen efter att du har bytt batteri, ska du ta ut batteriet och trycka på valfri knapp på mätaren och därefter sätta in batteriet igen.

E-10 Tid och datum kan vara felaktigt inställda. Kontrollera att tid och datum är rätt inställda och ändra om det behövs.

ANMÄRKNING
Kontakta Roche om felmeddelandet fortsätter att visas.

SENASTE REVIDERING: 2013-04

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, and FASTCLIX are trademarks of Roche.
©2013 Roche Diagnostics
07054513001(01)-0613

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
Roche USA – 51888
V4/1 – 07054513001(01) – Black
Roche USA – 51888
V4/2 – 07054513001(01) – Cyan
Roche USA – 51888
V4/3 – 07054513001(01) – Magenta
Roche USA – 51888
V4/4 – 07054513001(01) – Yellow

ACCU-CHEK® Aviva

Roche

Aloita tästä

Aloitusopas

ACCU-CHEK®

⚠ VAROITUS

- Tämä aloitusopas ei korvaa Accu-Chek Aviva -verensokerimittarin käyttöohjetta. Käyttöohje sisältää tärkeitä käsittelyohjeita ja lisätietoja.
- Lansettikynä on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Yleiskuva mittarista

1. Virta- ja asetusnäppäin
2. Näyttö
3. Oikea ja vasen nuolinäppäin
4. Testiliuskanpidike
5. Paristokoteen kansi
6. Infrapunaikkuna

Lansettikynän valmistelu

1

Tutustu Accu-Chek FastClix -lansettikynään.

2

Ota lansettirulla kuljetuskotelon taskusta.

3

HUOMAUTUS
Joka lansettirullassa on 6 steriilä lansettia.

Irrota kärkiosa suoraan vetämällä. Älä kierrä kärkiosaa.

⚠ VAROITUS
Lansettirullaa ei saa työntää lansettikynään samanaikaisesti, kun laukaisunäppäintä painetaan, tai kun lansettikynän laukaisunäppäin on tuelluna esim. pöytää vasten. Tällöin lansetti voi mahdollisesti laueta ja pistää tahattomasti.

4

Aseta lansettirulla valkoinen osa edellä lansettikynään. Työnnä lansettirullaa, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen.

HUOMAUTUS
Älä irrota lansettirullaa ennen kuin kaikki 6 lansettia on käytetty, sillä kun lansettirulla on irrotettu lansettikynästä, siitä ei voi enää käyttää.

5

Pane lansettikynän kärkiosa takaisin paikalleen. Varmista, että kärkiosan lovi osuu lansettikynän syvennyksessä olevaan keskikohtaan.

6

Säädä lansetin pistosvyys sopivaksi. Valitse aluksi 2. Valitse paksummalle iholle suurempi luku.

Kun olet valmis mittaamaan...

Lansettikynän käyttö: Kun painat laukaisunäppäintä, lansettikynä samalla sekä virittyy että pistää 1 kerran napsahtaen.

Verensokerin mittaaminen

1

Pese ja kuivaa kätesi ennen verensokerin mittaamista.

2

Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä testiliuskapurkin kyljestä. Älä käytä vanhentuneita testiliuskoja.

3

Ota testiliuska testiliuskapurkista. Sulje testiliuskapurkki tiiviisti.

4



Aseta testiliuskaa mittarin nuolten osoittamaan suuntaan, kunnes mittari antaa äänimerkin.

Näyttöön ilmestyy vilkkuva veripisara.

5

Pidä lansettikynää painettuna tukevasti sormenpään reuna-alueelle ja paina laukaisunäppäintä, jolloin lansetti pistää ihoon.

6



Kosketa veripisaraa testiliuskan kärjellä. Älä aseta vertä testiliuskan päälle.

Kun testiliuskassa on tarpeeksi verta, mittari antaa äänimerkin ja Ɪ̄ alkaa vilkkua.



Mittaustulos ilmestyy näyttöön 5 sekunnin kuluttua.

Ennen kuin lopetat...

Valmistele lansettikynä seuraavaa mittausta varten. Ota seuraava lansetti käyttöön työntämällä vipua kerran edestakaisin. Lansettikynän näyttö kertoo jäljellä olevien lansettien määrän.

Virheilmoitukset

Aina jos näyttöön ilmestyy virheilmoitus, katso käyttöohjeen luvun 5 kohtaa Näytön viestit ja virheilmoitukset.

E-1 Testiliuska voi olla vahingoittunut tai se ei ole kunnolla paikallaan. Irrota testiliuska ja aseta se uudelleen paikalleen tai, jos se on vahingoittunut, vaihda se.

E-3 Verensokeriarvo saattaa olla hyvin korkea tai kyseessä on mittari- tai testiliuskavirhe. Jos mittaustulos vastaa olotilaasi, ota heti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. Ellei mittaustulos vastaa olotilaasi, toista verensokerimittaus. Lue käyttöohjeen luvun 2 kohta Poikkeavat verensokerin mittaustulokset. Ellei toinenkaan mittaustulos vastaa olotilaasi, tee tarkistusmittaus käyttäen tarkistusliuosta ja uutta testiliuskaa. Jos tarkistustulos on hyväksyttävällä alueella, käy läpi mittausohjeet ja toista verensokerimittaus käyttäen uutta testiliuskaa. Jos E-3-ilmoitus ilmestyy uudestaan näyttöön verensokerin mittauksen jälkeen, verensokerin mittaustulos saattaa olla hyvin korkea ja suurempi kuin mittausalueen suurin arvo. **Ota heti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.** Ellei tarkistustulos ole hyväksyttävällä alueella, lue käyttöohjeen luvun 4 kohta Hyväksyttävän alueen ulkopuolelle jäävien tarkistustulosten tulkinta.

E-4 Testiliuskaan ei ole imeytynyt riittävästi verta tai tarkistusliuosta, tai näytettä on lisätty mittauksen jo aiketua. Hävitä testiliuska ja toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

E-6 Verta tai tarkistusliuosta on imeytety testiliuskaan ennen kuin näyttöön on ilmestynyt vilkkuva pisara. Hävitä testiliuska ja toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

E-7 On tapahtunut elektroninen virhe tai on myös mahdollista, että käytetty testiliuska on irrotettu ja asetettu uudelleen mittariin. Katkaise mittarista virta ja kytke se uudelleen, tai irrota paristo 20 sekunniksi ja aseta takaisin paikalleen. Tee verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

E-8 Lämpötila on järjestelmälle sopivan alueen ylä- tai alapuolella. Tarkista testiliuskojen pakkauseloisteesta järjestelmän toimintaolosuhteet. Siirrä mittari sellaiseen paikkaan, jossa olosuhteet ovat sopivat, odota 5 minuutta ja toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus. Älä lämmitä äläkä jäähdytä mittaria keinotekoisesti.

E-9 Paristosta on virta lähes lopussa. Vaihda paristo nyt. Jos ilmoitus ilmestyy uudestaan näyttöön pariston vaihdon jälkeen, irrota paristo uudelleen, paina jotain mittarin näppäintä, ja aseta paristo takaisin paikalleen.

E-10 Kellonaika ja päivämäärä saattavat olla väärin. Tarkista oxatko kellonaika ja päivämäärä oikein ja korjaa tarvittaessa.

HUOMAUTUS
Ota yhteys asiakaspalveluun, ellei virheilmoitus häviä.

VIIMEISIN PÄNTYS: 2013-04

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, and FASTCLIX are trademarks of Roche.
©2013 Roche Diagnostics

07054513001(01)-0613