Accu-Chek Aviva Hızlı Referans Kılavuzu - Türkçe/Turkiska

DB412

Kan Şekeri Testinin Yapılması



Kan şekeri testini yapmadan önce ellerinizi yıkayın ve kurulayın.



Test çubuğu kabının üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş olan test çubuklarını kullanmayın.



Test çubuğu kabından bir tane test çubuğu çıkarın. Kapağı sıkıca kapatın.



Test çubuğunu, ölçüm cihazı bip sesi verene dek ok yönünde ölçüm cihazının içine sokun.



Yanıp sönen bir kan damlası sembolü gösterilir.



Parmak delme cihazını parmak ucunuzun kenarına sıkıca bastırın ve parmağınızı delmek için tetik düğmesine basın.



Test çubuğunun ucunu, kan damlasına dokundurun. Kan damlasını, test çubuğunun üzerine koymayın.



Test çubuğu üzerinde yeterli kan olduğunda ölçüm cihazı bip sesi çıkarır ve ⌛ yanıp söner.



Test sonucu 5 saniye sonra ekranda gösterilir.

Parmak delme cihazını bir sonraki test için hazırlayın. Bir sonraki lansete geçmek için döner düğmeyi ileri ve geri kaydırın. Pencere, kalan lanset sayısını gösterir.

Parmak Delme Cihazının Hazırlanması

Roche

1

Accu-Chek Fastclix parmak delme cihazını tanıyın.

2



Lanset tüpünü, taşıma çantasındaki cepten çıkarın.

1 Tüp = 6 Lanset



NOT
Her bir tüp, 6 steril lanset içerir.

3



Düz olarak çekerek kapağı çıkarın. Kapağı çevirmeyin.

Uyarı
Lanset tüpünü parmak delme cihazına takarken aynı anda tetik düğmesine basmamanız ya da parmak delme cihazını, tetik düğmesi bir masanın üstü gibi bir yüzeye dayanacak şekilde tutmamanız gereklidir. Bu, bir lansetin serbest kalmasına ve yanlışlıkla yaralanmaya yol açabilir.

4



Lanset tüpünü, beyaz ucu önce girecek şekilde parmak delme cihazına takın. Lanset tüpünü, bir “klik” sesiyle yerine sıkıca oturana kadar itin.



NOT
6 lansetin hepsini kullanana dek lanset tüpünü çıkarmayın; bu tüp, parmak delme cihazında çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılamaz.

5



Kapağı, parmak delme cihazına tekrar takın. Kapak üzerindeki çentiğin, parmak delme cihazı üzerindeki çentik ile aynı hizada olduğundan emin olun.

6



Lanset derinliğini, rahat bir delme derinliğine ayarlayın. 2 ile başlayın. Sert ciltler için, daha yüksek bir rakama ayarlayın.

Test için hazır olduğunuzda...

Parmak delme cihazının kullanılması: Tetik düğmesine basıldığında, parmak delme cihazı kurulur ve 1 “klik” sesiyle parmağa batar.

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Chek Kundsupport, Telefon: 020-41 00 42, E-posta: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**

ACCU-CHEK®