

Jêdera Şîreta Nirxandina Accu-Chek Aviva – Kurmancî/Nordkurdiska

DB4003


Testa nexweşiya şekirê




Pêş pêkanîna testa nexweşiya şekirê destê xwe bişû û hişk bike.




Bikaranîna qotîya şirîta testê ser esasa tarîxa liser kontrol biken. Şirîta testê ku tarîxa liser derbas bibe bikar neyînin.




Di qotîya şirîta testê da şirîtek testê derxînin. Derê qotîyê qahîm bigirin.




Heta ku metre qijên lê tê, şirîta testê ser alîyê nîşankerê bikêşe ser metre yê.




Nîşana dilopa xwînê liser pela weşanê xûya dike.




Emraza kunkirinê qayîm hinda serê tilîya xwe bigireû bişkoja serbest pêlke heta ku tilîya te kun bike.



Tilîya xwe danê ser domahîka şirîta dilopa xwînê. Xwînê nerijîne serê şirîta testê.



Metre tê dengê qîjên lê bê û tê nişana ⌛ yê dema ku xwîn bes be, bê weşan.




Encama testê paş 5 çirkeyan liser pela weşanê xûya dike.



Emraza kunkirinê bo bo testa dî berhev bike. Bo pêşxistina kunkera pêşîyê destikê bişiqitîne ser cihê xwe. Weşanker tê hejmara kunkerê mayî biweşîne.

Avakirina Emraza Kunker

1



Gel amraza kunkera Accu-Chek Fastclix taniş be.

2




Vergirtina druma kunkerê ji berîka keysa helgir.

1 Drum = 6 Kunker



HIŞYARÎ
Di her drumê da 6 sterilê kunker hene.


3



Devikî pê pêlk kirina alîyê rastê raken. Devikî ba neden.

⚠ **Hişyarî**
Nabe tu druma kunkerê bêxî ser emraza kunkerê û hevdem jî bişkovka serbest pêlk bikî yan emraza kunkerrê li gel bişkovka serbesta raketî dema ku ser sefheyekê wekî kursîyekê ye rabigirî. Gengaze eve bibe sedema serbestîya ancetê û bi naşîyane bibe sedema birîndarîyê.

4




Destpêkê domahîka sipî ya druma kunkerê bêxe nava emraza kunkerê. Tevahîya durma kunkerê heta ku destikê vê qayîm bît bêxe ser cihê vê.




HIŞYARÎ
Ji ber ku eger kunker ser emrazê kunkirinê bê rakirin êdî nabe bê bikar anîn heta ku 6 kunker bidawî nebin, kunkerê derneyinin.

5



Devikê emraza kunker danê ser. Piştrast be ku kuna ser devikî bikeve ser kuna ser emrazê kunkerê.

6



Kûrahîya kunkerê bo hêsankirina têxistinê saz bike. Bo kevilê hişk ji 2 yê destpê bike û biçe hejmarên jortir.

Çi demekê bo testê amade ye...



Emrazê kunkirinê bikar bînin: Pê pêlk kirina bişkovka serbest, emraza kunker amadeye û pê 1 car pêlk kirinê kun dike.

Roche Diabetes Care GmbH
Piştgirîya Miştêrîya Accu-Chek, Telefon: 020-41 00 42, E-mail: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**

ACCU-CHEK®