إجراء اختبار مستوى الجلوكوز في الدم



قم بغسل وتجفيف يديك قبل إجراء اختبار مستوى الجلوكوز في الدم.



تحقق من أن الاستخدام قبل التاريخ الموجود على علبة شرائط الاختبار. ولا تستخدم شرائط الاختبار بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.



أخرج شريط اختبار من علبة شرائط الاختبار. وأغلق الغطاء بإحكام.



أدخل شريط الاختبار في المقياس في اتجاه الأسهم إلى أن يصدر المقياس صوتًا.



يظهر رمز قطرة دم وامض.



أمسك جهاز الوخز بقوة على حافة أنملة إصبعك واضغط على زر الإطلاق لوخز إصبعك.



المس قطرة الدم بطرف شريط الاختبار. لا تضع الدم فوق شريط الاختبار.



يصدر المقياس صوتًا و يومض ⌛ عندما يكون هناك ما يكفي من الدم على شريط الاختبار.



تظهر نتيجة الاختبار على الشاشة بعد 5 ثوان.



إعداد جهاز الوخز للاختبار التالي. حرك الذراع لأعلى وللخلف مرة واحدة قبل الانتقال إلى إبرة الوخز التالية. تظهر النافذة عدد إبر الو خز المتبقية.

إعداد جهاز الوخز



تعرف على جهاز الوخز Accu-Chek Fastclix.



خذ اسطوانة الوخز من الجيب الموجود في علبة الحمل.



ملاحظة
تحتوي كل اسطوانة على 6 إبر وخز معقمة.



أخرج الغطاء بسحبه على استقامته للخارج. ولا تلوي الغطاء.

تحذير
يجب عدم إدخال اسطوانة إبر الوخز في جهاز الوخز والضغط في نفس الوقت على زر الإطلاق أو مسك جهاز الوخز مع جعل زر الإطلاق على سطح مثل سطح منضدة. فهذا يمكن أن يؤدي إلى إطلاق إبرة وخز وقد يسبب إصابة بدون قصد.



أدخل اسطوانة إبر الوخز بدفع الطرف الأبيض أولًا في جهاز الوخز. ادفع اسطوانة إبر الوخز لنهايتها إلى أن تستقر بإحكام في مكانها.

ملاحظة
لا تقم بإخراج اسطوانة إبر الوخز إلى أن يتم استخدام جميع إبر الوخز الستة لأنه لا يمكن إعادة استخدام الاسطوانة بمجرد إخراجها من جهاز الوخز.



أعد الغطاء لمكانه في جهاز الوخز. وتأكد من أن الشق الموجود على الغطاء في محاذاة الشق الموجود على جهاز الوخز.



اضبط عمق إبرة الوخز على مستوى اختراق مريح. وابدأ في الخطوة 2. وللجلد الأشد، أدر القرص إلى رقم أكبر.

استخدام جهاز الوخز: بضغط زر الإطلاق، يسحب جهاز الوخز إبرة ويقوم بالوخز بنقرة واحدة.

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Chek Kundsupport, Telefon: 020-41 00 42, E-post: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**

ACCU-CHEK®