

راهنمای فوری اکیوچک آویوا (**Accu-Chek Aviva**) – فارسی/ Farsi


انجام آزمایش قند خون




پیش از انجام آزمایش قند خون دستهای خود را بشویید و خشک کنید.




تاریخ مصرف را از روی قوطی نوارهای آزمایش بخوانید. اگر تاریخ مصرف نوارهای آزمایش گذشته است، از آنها استفاده نکنید.




یک عدد نوار آزمایش از داخل قوطی بردارید. درب قوطی را سفت ببندید.




نوار آزمایش را از سمتی که فلش نشان داده است داخل دستگاه کنید، تا حدی که دستگاه بوق بزند.




نماد یک قطره به صورت چشمک زن ظاهر می شود.




قلم نیشتر را سفت بگیرید و آن را روی نوک انگشت خود قرار دهید، سپس دکمهٔ آن را فشار دهید تا انگشت شما را سوراخ کند.



با انتهای نوار آزمایش قطرهٔ خون را لمس کنید. قطرهٔ خون را روی نوار آزمایش قرار ندهید.



هنگامی که خون کافی روی نوار آزمایش قرار بگیرد، دستگاه بوق می زند و ⌛ چشمک زن نمایش داده می شود.



نتیجهٔ آزمایش پس از 5 ثانیه روی نمایشگر نشان داده می شود.



قلم نیشتر را برای استفادهٔ بعدی آماده نمایید. دکمهٔ روی قلم را یک بار به سمت جلو و سپس عقب حرکت دهید تا نیشتر بعدی در جای خود قرار بگیرد. از روی عدد دریچهٔ کوچک می توانید تعداد نیشترهای باقی مانده را بخوانید.

آماده سازی قلم نیشتر

1



با قسمتهای مختلف قلم نیشتر فست کلیکس اکیوچک (Accu-Chek Fastclix) آشنا شوید.

2




طبلک نیشتر را از داخل جیب کیف دستگاه بیرون بیاورید.



توجه
هر طبلک حاوی 6 نیشتر استریل است.


3




درب آن را مستقیم به بیرون بکشید. درب را نچرخانید.

هشدار
هرگز نباید هنگامی که طبلک نیشتر را در داخل قلم قرار می دهید دکمهٔ عملکرد آن را به طور همزمان فشار دهید، و نباید هنگامی که قلم نیشتر را در دست گرفته اید دکمهٔ آن را روی سطحی مانند میز قرار دهید. این کار ممکن است سبب عملکرد سهوی نیشتر و آسیب رسیدن به شما گردد.

4




انتهای سفید رنگ طبلک نیشتر را داخل قلم نیشتر کنید. طبلک را به داخل فشار دهید تا صدای کلیک بدهد و در جای خود ثابت شود.




توجه
پیش از مصرف شدن 6 نیشتر داخل طبلک، آن را خارج نکنید، زیرا پس از اینکه طبلک از قلم نیشتر خارج شود، دیگر نمی توان از آن استفاده کرد.

5



درب قلم نیشتر را در جای خود قرار دهید. اطمینان حاصل نمایید که شکاف روی درب با دندانهٔ روی قلم داخل هم قرار بگیرند.

6



عمق نفوذ نیشتر را به میزانی که مناسب و راحت است تنظیم کنید. از سطح 2 شروع کنید. برای پوست سفت تر و ضخیم تر درجه را بالاتر ببرید.

هنگامی که آمادهٔ آزمایش هستید...



استفاده از قلم نیشتر: با فشردن دکمهٔ عملکرد، نیشتر با یک کلیک آزاد می شود و سوراخ می کند.

ACCU-CHEK®

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Check Kundsupport، تلفن: 020-41 00 42، ایمیل: info@accu-chek.se، **www.accu-chek.se**