Kratko oputstvo za upotrebu Accu-Chek Aviva - Bosinski-Srbski-Hvratski/BKS

DB4005

Izvođenje provjere nivoa glukoze u krvi



Operite i osušite ruke prije izvođenja provjere nivoa glukoze u krvi.



Provjerite rok trajanja na kutijici sa test-trakama. Ne koristite test-trake kojima je istekao rok trajanja.



Izvadite jednu test-traku iz kutijice sa test-trakama. Dobro zatvorite kutijicu.



Postavite test traku u mjerač u smjeru strelice, dok mjerač ne zapišti.



Na ekranu će se pojaviti trepćući simbol kapi krvi.



Čvrsto prislonite uređaj za uzimanje uzorka krvi (lancetar) sa strane jagodice prsta i pritisnite dugme za otpuštanje na lancetaru kako biste uboli prst..



Prinesite i dodirnite kraj test-trake kapljicom krvi. Ne stavljajte krv na gornju površinu test-trake.



Kada mjerač zapišti i simbol pješčanog sata ⌛ zatreperi na ekranu, na test-traci se nalazi dovoljno krvi.



Rezultati testa će se pojaviti na ekranu nakon 5 sekundi.

Pripremite lancetar za sljedeće testiranje. Okrenite jednom polugu naprijed-nazad koliko god je moguće, kako biste prešli na narednu lancetu. Indikator će pokazati broj preostalih lanceta.

Pripremanje uređaja za uzimanje uzorka krvi (lancetara)

1



Upoznajte se sa Accu-Chek FastClix lancetarom.

2



Izvadite bubanj sa lancetama iz džepa torbice za nošenje.

1 bubanj = 6 lanceta



NAPOMENA
Svaki bubanj sadrži 6 sterilnih lanceta.

3



Skinite poklopac povlačenjem pravo. Ne zavrćite poklopac.

UPOZORENJE
Ne smijete istodobno stavljati bubanj sa lancetama u lancetar i pritiskati dugme za otpuštanje ili držati lancetar s dugmetom za otpuštanje pritisnutim uz podlogu, npr. uz ploču stola. To može osloboditi lancetu i dovesti do nenamernog ubadanja.

4



Umetnite bubanj s lancetama u lancetar, tako što ćete prvo umetnuti bijeli kraj. Pritisnite bubanj sa lancetama unutra do kraja, dok, uz klik, ne bude čvrsto smješten na svoje mjesto.



NAPOMENA
Ne uklanjajte bubanj sa lancetama dok svih 6 lanceta ne bude utrošeno jer se bubanj ne može ponovo koristiti nakon što se izvadi iz lancetara.

5



Vratite poklopac na lancetar. Vodite računa da se žljebovi na poklopcu poklope sa žljebovima na lancetaru.

6



Podesite željenu dubinu uboda. Počnite od dubine broj 2. Za grublju kožu, odaberite veći broj.

Kada ste spremni početi sa testiranjem...

Koristite lancetar: Pritiskanjem dugmeta za otpuštanje, lancetar se priprema i ubada samo jednim klikom.

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Chek Korisnička podrška, Telefon: 020-41 00 42, E-mail: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**