Snabbguide Accu-Chek Aviva - Svenska/Swedish DB4007

Utföra ett blodsockertest



Tvätta och torka händerna innan du utför ett blodsockertest.



Kontrollera utgångsdatumet på testremseburken. Använd inte testremsor som har passerat utgångsdatum.



Ta ut en testremsa ur testremseburken. Förslut testremseburken väl.



Sätt in testremsan i mätaren i pilarnas riktning tills mätaren piper.



En blinkande bloddroppssymbol visas.



Håll blodprovstagaren hårt mot sidan av fingertoppen och tryck på avtryckaren för att sticka hål på huden.



För änden av testremsan till bloddroppen. Applicera inte blod ovanpå testremsan.



När mätaren piper och ⌛ blinkar finns det tillräckligt med blod i testremsan.



Testresultatet visas på displayen efter 5 sekunder.

Förbered blodprovstagaren för nästa test. Skjut spaken så långt det går och tillbaka igen för att förbereda en ny lansett. Indikatorn visar antalet återstående lansetter.

Förbereda blodprovstagaren



Bekanta dig med Accu-Chek FastClix-blodprovstagaren.



Ta ut lansettrumman ur väskans ficka.



ANMÄRKNING
Varje lansettrumma innehåller 6 sterila lansetter.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.

⚠ VARNING
Du får inte samtidigt skjuta in lansettrumman i blodprovstagaren och trycka på avtryckaren eller stödja blodprovstagaren med avtryckaren mot exempelvis en bordsskiva. Om du gör det kan en lansett matas ut och du kan sticka dig oavsiktligt.



Skjut in lansettrumman i blodprovstagaren med den vita änden först. Tryck lansettrumman ända in i blodprovstagaren tills den klickar på plats.



ANMÄRKNING
Ta inte ut lansettrumman förrän du har använt alla 6 lansetterna eftersom du inte kan sätta tillbaka lansettrumman om du en gång har tagit ut den ur blodprovstagaren.



Sätt tillbaka kåpan på blodprovstagaren. Kontrollera att den utskurna delen på kåpan justeras mot den upphöjda konturen på blodprovstagaren.



Ställ in önskat insticksdjup. Börja med 2. Om du har tjockare hud, ska du välja ett större insticksdjup.

Använda blodprovstagaren: När du trycker på avtryckaren laddas och utlöses blodprovstagaren med endast 1 klick.

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Chek Kundsupport, Telefon: 020-41 00 42, E-post: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**