Skrócony przewodnik Accu-Chek Aviva - j. polski/polska

DB4004

Pomiar stężenia glukozy we krwi



Przed wykonaniem pomiaru stężenia glukozy we krwi umyj i osusz ręce.



Sprawdź datę ważności na opakowaniu pasków testowych. Nie używaj pasków testowych, których data ważności minęła.



Wyjmij pasek testowy z opakowania pasków testowych. Następnie starannie zamknij opakowanie.



Wprowadź pasek testowy do glukometru zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki aż do wydania przez glukometr sygnału dźwiękowego.



Pojawi się migający symbol kropli krwi.



Mocno dociśnij końcówkę nakłuwacza z boku opuszki palca i naciśnij przycisk spustowy w celu zrobienia nakłucia w skórze.



Dotknij kropli krwi paskiem testowym. Nie wprowadzaj krwi na wierzch paska testowego.



Kiedy glukometr wyda sygnał dźwiękowy i ⌛ zacznie migać, oznacza to, że ilość krwi na pasku testowym jest wystarczająca.



Po 5 sekundach na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

Przygotuj nakłuwacz do następnego pomiaru. Przekręć przycisk naciągający do przodu do oporu, a następnie z powrotem, aby przygotować nowy lancet. Wskaźnik pokaże liczbę pozostałych lancetów.

Przygotuj nakłuwacz

1

Zapoznaj się z nakłuwaczem Accu-Chek FastClix.

2



Wyjmij bębenek z lancetami z kieszonki walizeczki.

1 bębenek = 6 lancetów



UWAGA
Każdy bębenek zawiera 6 sterylnych lancetów.

3



Zdejmij nasadkę, ściągając ją ruchem prostym. Nie przekręcaj nasadki.

Ostrzeżenie
Nie wolno wsuwać bębenka z lancetami do nakłuwacza i jednocześnie wciskać przycisku spustowego ani opierać nakłuwacza przyciskiem spustowym np. o blat stołu. Takie działanie może spowodować wysunięcie się lancetu i niezamierzone ukłucie.

4



Wsuń bębenek z lancetami białą końcówką do nakłuwacza. Wciśnij koniec bębenka do nakłuwacza do momentu usłyszenia kliknięcia.

UWAGA
Nie wyjmuj bębenka przed zużyciem wszystkich 6 lancetów, ponieważ jeśli raz wyjmie się bębenek z nakłuwacza, nie można go później włożyć ponownie.

5



Ponownie nałóż nasadkę na nakłuwacz. Sprawdź, czy wycięta część nasadki jest dopasowana do wybrzuszonej krawędzi nakłuwacza.

6



Ustaw żądaną głębokość nakłucia. Rozpocznij od poziomu 2. W przypadku grubszej skóry wybierz większą głębokość nakłucia.

Kiedy jesteś gotów do przetestowania...

Używanie nakłuwacza: Jedno wciśnięcie przycisku spustowego nakłuwacza powoduje zarówno naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza, jak i wykonanie nakłucia.

Roche Diabetes Care GmbH
Accu-Chek Wsparcie Klienta, Telefon: 020-41 00 42, E-mail: info@accu-chek.se, **www.accu-chek.se**