Arabiska

ACCU-CHEK® Aviva Nano

فحص نسبة السكر في الدم

عندما يكون جهاز القياس جديداً

يتم إجراء ضبط مسبق للتاريخ والوقت على الجهاز ولكن لتتأكد من ذلك، قم بتشغيل جهاز القياس وتأكيد الإعدادات باستخدام زر التشغيل/الإيقاف. استخدم زري التمرير في حالة الحاجة لتغيير الإعدادات. ثم قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.

عندما تفتح علبة شرائط جديدة

تأكد أن جهاز القياس لا يعمل. ضع رقاقة الترميز في جانب جهاز القياس حتى تثبت في مكانها.

تأكد أن رقم الترميز على الشاشة يتطابق مع رقم الترميز على علبة شرائط الاختبار.

الفحص اليومي

1 ضع شريط فحص في جهاز القياس باتجاه السهم. وسوف يعمل جهاز القياس تلقائيًا.

سوف يظهر على الشاشة شريط فحص ورمز نقطة دم وامضة. أصبح جهاز القياس جاهزًا الآن.

2 استخدم جهاز وخز الأصابع Multiclix للحصول على عينة دم (انظر أعلاه).

3 المس نقطة الدم بالحافة الأمامية للفتحة الصفراء في شريط الفحص. وعند وجود كمية دم كافية على شريط الفحص للحصول على قراءة، سوف يومض رمز ساعة رملية على الشاشة.

وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة على الشاشة.

Roche

Roche Diagnostics Scandinavia AB, Box 1228, 171 23 Solna
Accu-Chek Kundsupport: telefon: 020 - 41 00 42, fax: 08 - 98 44 42, e-mail: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se

ACCU-CHEK®