Polska

ACCU-CHEK® Aviva Nano

Oznaczanie poziomu glukozy we krwi

Nowy glukometr

Data i czas są wstępnie ustawione. Aby je sprawdzić, należy włączyć glukometr i potwierdzić ustawienia przyciskiem wł./wył. Do zmiany ustawień używać strzałek. Wyłączyć glukometr.

Czynności po otworzeniu nowej fiolki z paskami testowymi

Upewnić się, że glukometr jest wyłączony. Włożyć klucz kodujący w boczne gniazdo glukometru, aż do momentu, kiedy zaskoczy na swoje miejsce.



Upewnić się, że numer kodu na wyświetlaczu zgadza się z numerem na opakowaniu z paskami testowymi.

Codzienne oznaczanie cukru we krwi

1 Włożyć pasek testowy do glukometru w kierunku wskazanym strzałką. Glukometr włączy się automatycznie.



Na wyświetlaczu pojawi się symbol paska testowego i migający symbol kropli krwi. Glukometr jest gotowy do pomiarów.

2 Użyć nakłuwacza Multiclix do pobrania próbki krwi (patrz obok).

3 Dotknąć kroplą krwi do przedniej krawędzi żółtego okienka paska testowego. Jeżeli na pasku znajdzie się wystarczająca ilość krwi, aby uzyskać wynik, na wyświetlaczu będzie migać symbol klepsydry.

Następnie na wyświetlaczu pojawi się wynik.

Roche

Roche Diagnostics Scandinavia AB, Box 1228, 171 23 Solna
Accu-Chek Kundsupport: telefon: 020 - 41 00 42, fax: 08 - 98 44 42, e-mail: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se

ACCU-CHEK®