ACCU-CHEK® Aviva Nano

Тестирај шећер у крви

Кад је твој мерач шећера нов

Време и датум се подешавају. Контролишеш тако што поставиш мерач на укључено/искључено, на прекидачу.
Користи смањи/повећај дугмад, ако је потребно да направиш неке измене.
Искључи мерач кад завршиш.





Кад отвараш нову кутију с тест тракама

Провери да мерач буде искључен. Постави кодирани чип у мерач, толико дубоко, колико може ући. Пусти да се кодирани чип умести у мерач док отвараш нову кутију трака за мерење.




Преконтролиши да се број кода на дисплеју подудара с бројем кода на кутији за траке.



Кад треба да провериш ниво шећера у крви

1

Припреми уређај за узимање узорка анализе крви. Постави тест траку у предвиђени отвор на мерачу, у правцу стрелице. Мерач се аутоматски затвара.



На дисплеју се показује тест трака и трепереће кап крви, што показује да је мерач спреман за анализу крви.



2

Уређај за узимање узорка анализе крви забоди у прст и пажљиво притисни да појачаш доток крви.



3

Апсорбуј кап предњом ивицом са жутим врхом траке. Кад тајмер почне да трепери има довољно крви на тест траци.
Могуће је комплетирање теста крви за пет секунди.





Резултат се показује на дисплеју.



Roche Diagnostics Scandinavia AB, Box 1228, 171 23 Solna
Accu-Chek Kundsupport: telefon: 020 - 41 00 42, fax: 08 - 98 44 42, e-mail: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se

ACCU-CHEK®