
ACCU-CHEK® Aviva Nano

Turkiska

Kan şekerinizin ölçülmesi

Ölçüm cihazınızı yeni aldığınızda

Tarih ve saat önceden ayarlanmıştır ancak bu bilgileri kontrol etmek için cihazınızı çalıştırıp ayarları açma/kapama düğmesini kullanarak onaylayınız. Ayarların değişmesi gerekiyorsa kaydırma düğmelerini kullanın. Cihazınızı kapatın.





Yeni bir çubuk kutusu açtığınızda

Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Kod çipini cihazın yan tarafından içeriye doğru iterek yerine tam olarak oturmasını sağlayın.




Ekranda görülen kod numarasının test çubuğu kutusunun üzerindekiyle aynı olduğundan emin olun.



Her gün ölçüm yapma

1. Ölçüm cihazınıza test çubuğunu ok yönünde yerleştirin. Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.



Sonra ekranda test çubuğu ve yanıp sönen kan damlası sembolü görünür. Cihazınız şimdi hazırdır.



2. Kan örneği almak için (arka sayfada gösterildiği gibi) Multiclix parmak delicisini kullanın.



3. Kan damlasını test çubuğunun sarı penceresinin ön kenarına dokundurun. Okuma yapılabilmesi için yeterli miktarda kan olduğunda ekranda bir kum saati sembolü çıkacaktır.





Ardından sonuç ekranda belirir.



Roche Diagnostics Scandinavia AB, Box 1228, 171 23 Solna
Accu-Chek Kundsupport: telefon: 020 - 41 00 42, fax: 08 - 98 44 42, e-mail: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se

ACCU-CHEK®