ACCU-CHEK® Aviva Nano

Roche

SV

Börja här

Kom igång-guide

⚠ VARNING
Den här kom igång-guiden ersätter inte bruksanvisningen till din Accu-Chek Aviva Nano-blodsockermätare. Bruksanvisningen innehåller viktiga hanteringsanvisningar och ytterligare information.

ACCU-CHEK®

Innehåll

A. Testremseburk
B. Accu-Chek Aviva Nano-mätare med förinstallerat aktiveringschip
C. Accu-Chek FastClix-blodprovstagare
D. Lansettrumma – innehåller 6 lansetter
E. Bruksanvisning

⚠ VARNING
Blodprovstagaren är endast avsedd för personligt bruk.

Mätaren behöver inte förberedas

Din mätare är redan kodad och levereras med ett förinstallerat **svart** aktiveringschip som du inte ska byta ut. Även om du använder testremsor från en förpackning med testremsor som innehåller ett aktiveringschip med annan färg eller annorlunda kodnummer ska du inte byta ut det **svarta** aktiveringschipet igen.



Mätaren bakifrån

Mätaren från sidan

ANMÄRKNING
Om du öppnar en förpackning med testremsor som innehåller ytterligare ett aktiveringschip, ska du kassera aktiveringschipet.

Förberedа blodprovstagaren

1

Bekanta dig med Accu-Chek FastClix-blodprovstagaren.

2

Ta ut lansettrumman ur väskans ficka.

ANMÄRKNING
Varje lansettrumma innehåller 6 sterila lansetter.

3

Ta bort käpan genom att dra den rakt av. Vrid inte käpan.

⚠ VARNING
Du får inte samtidigt skjuta in lansettrumman i blodprovstagaren och trycka på avtryckaren eller stödja blodprovstagaren med avtryckaren med exempelvis en bordsskiva. Om du gör det kan en lansett matas ut och du kan sticka dig oavsiktligt.

4

Skjut in lansettrumman i blodprovstagaren med den vita änden först.
Skjut lansettrumman ända in i blodprovstagaren tills den klickar på plats.

ANMÄRKNING
Ta inte ut lansettrumman förrän du har använt alla 6 lansetterna eftersom du inte kan sätta tillbaka lansettrumman om du en gång har tagit ut den ur blodprovstagaren.

5

Sätt tillbaka käpan på blodprovstagaren. Kontrollera att den utskurna delen på käpan justeras mot den upphöjda konturen på blodprovstagaren.

6

Ställ in önskat insticksdjup. Börja med 2 eller 3. Om du har tjockare hud, ska du välja ett större insticksdjup.

När du är redo att börja testa...

Använda blodprovstagaren: När du trycker på avtryckaren laddas och utlöses blodprovstagaren med endast 1 klick.

Ställa in tid och datum på mätaren

1

Tryck ned och släpp ⏻. Mätaren piper och **set-up** visas på displayen samtidigt som timtalet blinkar.

2

Använd ◄ eller ► för att ändra timtalet. Tryck ned och släpp ⏻ för att gå framåt genom timtal, minuttal, dag, månad och år och ändra de blinkande inställningarna efter behov med hjälp av ◄ eller ►.

Utföra ett blodsockertest

1

Tvätta och torka händerna innan du utför ett blodsockertest.

2

Kontrollera utgångsdatumet på testremseburken. Använd inte testremsor som har passerat utgångsdatum.

3

Ta ut en testremsa ur testremseburken. Förslut testremseburken väl.

4

Sätt in testremsan i mätaren i pilarnas riktning tills mätaren piper.

Aktiveringsnumret visas kort, mätaren piper och en blinkande blöddroppssymbol visas.

5

Tryck blodprovstagaren hårt mot sidan av fingertoppen och tryck på avtryckaren för att ta fram en blöddroppe.

6

För änden av testremsan till blöddroppen. Applicera inte blod ovanpå testremsan.

När mätaren piper och ⌛ blinkar finns det tillräckligt med blod i testremsan.



Testresultatet visas på displayen efter 5 sekunder.

Innan du avslutar...

Förbered blodprovstagaren för nästa test. Skjut spaken så långt det går och tillbaka igen för att förbereda en ny lansett. Indikatorn visar antalet återstående lansetter.

Felmeddelanden

Om något av felmeddelandena nedan visas på displayen vid något tillfälle, ska du omgående läsa kapitel 5, Display- och felmeddelanden, i bruksanvisningen.

E-1 Testremsan kan vara skadad eller felaktigt isatt. Ta ut testremsan och sätt in den igen eller byt ut den om den är skadad. Om meddelandet visas igen, ska du kontakta Roche.

E-2 Aktiveringschipet är felaktigt. Stäng av mätaren och sätt in ett nytt aktiveringschip. Om du behöver ett aktiveringschip, ska du kontakta Roche.

E-3 Ditt blodsockervärde kan vara extremt högt eller så har ett fel inträffat med mätaren eller testremsan. Om testresultatet stämmer överens med hur du mår, ska du kontakta läkaren/diabetesteamet omgående. Om testresultatet inte stämmer överens med hur du mår, ska du upprepa blodsockertestet och läsa kapitel 2, Ovanliga blodsockerresultat, i bruksanvisningen. Om även det andra testresultatet inte stämmer överens med hur du mår, ska du utföra ett kontrolltest med kontrollösning och en ny testremsa. Om kontrollresultatet ligger inom godkänt område, ska du kontrollera att du följde momenten i testprocedaren och upprepa blodsockertestet med en ny testremsa. Om E-3-meddelandet fortsätter att visas efter blodsockertestet kan ditt blodsockerresultat vara extremt högt och ligga över systemets mätområde. **Kontakta läkaren/diabetesteamet omgående.** Om kontrollresultatet ligger utanför godkänt område, läs du läsa kapitel 4, Tolka kontrollresultat som ligger utanför godkänt område, i bruksanvisningen.

E-4 Tillräckligt med blod eller kontrollösning har inte sugits upp av testremsan för mätning, eller så har droppen tillförts efter att testet hade startat. Kassera testremsan och upprepa testet.

E-5 Det här meddelandet kan visas när ett ytt aktiveringschip används i mätaren. Det betyder att det vita aktiveringschipet kommer från en battcklad testremsor som har passerat utgångsdatum. Stäng av mätaren och sätt in ett svart aktiveringschip. Kontrollera att tid och datum är rätt inställda på mätaren.

E-6 Blod eller kontrollösning fördes till testremsan innan den blinkande droppsymbolen visades på displayen. Kassera testremsan och upprepa testet.

E-7 Ett elektroniskt fel uppstod, eller i ovanliga fall togs en använd testremsa ut ur mätaren och sattes in igen. Stäng av mätaren och slå på den igen eller ta ut batterierna och sätt in dem igen efter 20 sekunder. Utför ett blodsocker- eller kontrolltest.

E-8 Temperaturen ligger över eller under det temperaturområde som systemet kan användas i. Mer information om systemets användningsvillkor finns i bipacksedeln till testremsorna. Flytta dig till ett område med de lämpliga villkoren, vänta 5 minuter och upprepa blodsocker- eller kontrolltestet. Mätaren får inte värmas upp eller kylas med på kontrollgord vig.

E-9 Batteriema är nästan slut. Byt batteriema omgående. Om meddelandet visas igen efter att du har bytt batterierna, ska du nolställa mätaren. För att nolställa mätaren ska du skjuta ut batterihållaren ur mätaren, trycka på någon av mätarens knappar och därefter sätta tillbaka batterihållaren.

E-10 Tid och datum kan vara felaktigt inställda. Kontrollera att tid och datum är rätt inställda och ändra om det behövs.

ANMÄRKNING
Kontakta Roche om felmeddelandet fortsätter att visas.

SENASTE REVIDERING: 2012-02

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO, and FASTCLIX are trademarks of Roche.
©2012 Roche Diagnostics

06647693001(01)-0312

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
Roche USA – 50895
V4/1 – 06647693001(01) – Schwarz
Roche USA – 50895
V4/2 – 06647693001(01) – Cyan
Roche USA – 50895
V4/3 – 06647693001(01) – Magenta
Roche USA – 50895
V4/4 – 06647693001(01) – Yellow

ACCU-CHEK® Aviva Nano

Roche

FI

Aloita tästä

Aloitusopas

⚠ VAROITUS

Tämä aloitusopas ei korvaa Accu-Chek Aviva Nano -verensokerimittarin käyttöohjetta. Käyttöohje sisältää tärkeitä käsittelyohjeita ja lisätietoja.

ACCU-CHEK®

Sisältö

A. Testiliuskapurkki
B. Accu-Chek Aviva Nano -mittari, johon on asetettu valmiiksi aktivointisiru
C. Accu-Chek FastClix -lansettikynä
D. Lansettirulla – sisältää 6 lansettia
E. Käyttöohje

⚠ VAROITUS

Lansettikynä on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Mittari on valmis käyttöön

Mittari on valmiiksi koodattu ja siihen on asetettu valmiiksi **musta** aktivointisiru, jota ei koskaan tarvitse vaihtaa. Vaikka käyttäisit testiliuskoja, joiden testiliuskapakkauksessa on toinen, joko erivärinen tai -numeroinen aktivointisiru, **mustaa** aktivointisiru ei koskaan enää tarvitse vaihtaa.

HUOMAUTUS

Jos avaamassasi testiliuskapakkauksessa on ylimääräinen aktivointisiru, voit sen hävittää.

Lansettikynän valmistelu

Tutustu Accu-Chek FastClix -lansettikynään.

Ota lansettirulla kuljetuskotelon taskusta.

HUOMAUTUS

Joka lansettirullassa on 6 steriilä lansettia.

⚠ VAROITUS

Lansettirullaa ei saa työntää lansettikynään samanaikaisesti, kun laukaisunäppäintä painetaan, tai kun lansettikynän laukaisunäppäin on tuelluna esim. pöytää vasten. Tällöin lansetti voi mahdollisesti laueta ja pistää tahattomasti.

Irrota kärkiosa suoraan vetämällä. Älä kierrä kärkiosaa.

Aseta lansettirulla valkoinen osa edellä lansettikynään. Työnnä lansettirullaa, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen.

HUOMAUTUS

Älä irrota lansettirullaa ennen kuin kaikki 6 lansettia on käytetty, sillä kun lansettirulla on irrotettu lansettikynästä, sitä ei voi enää käyttää.

Pane lansettikynän kärkiosa takaisin paikalleen. Varmista, että kärkiosan lovi osuu lansettikynän syvennyksessä olevaan keskikohtaan.

Säädä lansetin pistosvyyys sopiviksi. Valitse aluksi 2 tai 3. Valitse paksummalle iholle suurempi luku.

Lansettikynän käyttö: Kun painat laukaisunäppäintä, lansettikynä samalla sekä virittyy että pistää 1 kerran napsahtaen.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen mittarin

Paina ●-näppäintä. Mittari antaa äänimerkin, **set-up** ilmestyy näyttöön ja tuntikenttä vilkkuu.

Muuta tuntiasetusta painamalla ◄- tai ►-näppäintä. Siirry ●-näppäintä painamalla asettamaan tuntien jälkeen minuutit, päivä, kuukausi ja vuosi ja muuta kutakin vilkkuvaa asetusta tarpeen mukaan painamalla ◄- tai ►-näppäintä.

Verensokerin mittaaminen

Pese ja kuivaa kätesi ennen verensokerin mittaamista.

Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä testiliuskapurkin kyljestä. Älä käytä vanhentuneita testiliuskoja.

Ota testiliuska testiliuskapurkista. Sulje testiliuskapurkki tiiviisti.

Työnnä testiliuskaa mittariin nuolten osoittamaan suuntaan, kunnes mittari antaa äänimerkin.

Aktivointinumero ilmestyy hetkeksi näyttöön, mittari antaa äänimerkin ja näyttöön ilmestyy vilkkuva veripisara.

Paina lansettikynä lujasti sormenpään reuna-alueelle ja paina laukaisunäppäintä, jolloin lansetti pistää ihoon.

Kosketa veripisaraa testiliuskan kärjellä. Älä aseta vertä testiliuskan päälle.

Mittari antaa äänimerkin ja ⧗ alkaa vilkkua, kun testiliuskassa on tarpeeksi verta.

Mittaustulos ilmestyy näyttöön 5 sekunnin kuluttua.

Valmistele lansettikynä seuraavaa mittausta varten. Ota seuraava lansetti käyttöön työntämällä vipua kerran edestakaisin. Lansettikynän näyttö kertoo jäljellä olevien lansettien määrän.

Virheilmoitukset

Aina jos näyttöön ilmestyy virheilmoitus, katso käyttöohjeen luvun 5 kohtaa Näytön viestit ja virheilmoitukset.

E-1 Testiliuska voi olla vahingoittunut tai se ei ole kunnolla paikallaan. Irrota testiliuska ja aseta se uudelleen paikalleen tai, jos se on vahingoittunut, vaihda se. Jos ilmoitus ilmestyy uudestaan näyttöön, ota yhteys asiakaspalveluun.

E-2 Mittarissa on väärä aktivointisiru. Katkaise mittarista virta ja aseta siihen uusi aktivointisiru. Jos tarvitset aktivointisiruun, ota yhteys asiakaspalveluun.

E-3 Verensokeriarvo saattaa olla hyvin korkea tai kyseessä on mittari- tai testiliuskavirhe. Jos mittaustulos vastaa ololtaasi, ota heti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. Ellei mittaustulos vastaa ololtaasi, toista verensokerimittaus ja lue käyttöohjeen luvun 2 kohta Poikkeavat verensokerin mittaustulokset. Ellei toinenkaan mittaustulos vastaa ololtaasi, tee tarkistusmittaus käyttäen tarkistusliuosta ja uutta testiliuskaa. Jos tarkistustulos on hyväksyttävällä alueella, käy läpi mittausohjeet ja toista verensokerimittaus käyttäen uutta testiliuskaa. Jos E-3-ilmoitus ilmestyy uudestaan näyttöön verensokerin mittauksen jälkeen, verensokerin mittaustulos saattaa olla hyvin korkea ja suurempi kuin mittausalueen suurin arvo. **Ota heti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.** Ellei tarkistustulos ole hyväksyttävällä alueella, lue käyttöohjeen luvun 4 kohta Hyväksyttävän alueen ulkopuolelle jäävien tarkistustulosten tulkinta.

E-4 Testiliuskaan ei ole imeytynyt riittävästi vertä tai tarkistusliuosta, tai näytettä on lisätty mittauksen jo alettua. Hävitä testiliuska ja toista mittaus.

E-5 Tämä ilmoitus voi ilmestyä, jos mittarissa on valkoinen aktivointisiru. Tällöin valkoinen aktivointisiru on peräisin sellaisesta testiliuskaerästä, jonka viimeinen käyttöpäivämäärä on jo umpeutunut. Katkaise mittarista virta ja aseta siihen musta aktivointisiru. Varmista, että mittarissa on oikea kellonaika ja päivämäärä.

E-6 Verta tai tarkistusliuosta on imeytetty testiliuskaan ennen kuin näyttöön on ilmestynyt vilkkuva pisara. Hävitä testiliuska ja toista mittaus.

E-7 On tapahtunut elektroninen virhe tai on myös mahdollista, että käytetty testiliuska on irrotettu ja asetettu uudelleen mittariin. Katkaise mittarista virta ja kytke se uudelleen, tai irrota paristot 20 sekunniksi ja aseta ne takaisin paikalleen. Tee verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

E-8 Lämpötila on järjestelmälle sopivan alueen ylä- tai alapuolella. Tarkista testiliuksojen pakkausselosteesta järjestelmän toimintaohjeistteet. Siirrä mittari sellaiseen paikkaan, jossa olosuhteet ovat sopivat, odota 5 minuuttia ja toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus. Älä lämmitä äläkä jäähdytä mittaria keinotekoisesti.

E-9 Paristosta on virta lähes lopussa. Vaihda paristot nyt. Jos ilmoitus ilmestyy paristojen vaihdon jälkeen uudestaan näyttöön, noilaa mittari. Noilaa mittari vetämällä paristolaatikko ulos, poinamalla mitä tahansa mittarin näppäimiä ja työntämällä sitten paristolaatikko takaisin paikalleen.

E-10 Kellonaika ja päivämäärä saattavat olla väärin. Tarkista ovatko kellonaika ja päivämäärä oikein ja korjaa tarvittaessa.

HUOMAUTUS

Ota yhteys asiakaspalveluun, ellei virheilmoitus häviä.

VIIMESIN PÄIVITYS: 2012-02

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO, and FASTCLIX are trademarks of Roche.
©2012 Roche Diagnostics

06647693001(01)-0312