ACCU-CHEK® Guide

Roche

TH

เริ่มใช้งาน

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

ACCU-CHEK®

คำเตือน

- ผู้ป่วยการใช้งานเบื้องต้นสามารถใช้งานคู่มือฉบับนี้ร่วมกับการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด Accu-Chek Guide ได้ ผู้ป่วยการใช้งานประกอบไปด้วยคำแนะนำในการใช้ที่ชัดเจนและข้อมูลเพิ่มเติม
- ผู้ป่วยต้องอ่านเอกสารประกอบนี้ก่อนใช้งานในบุคคลภายนอก

ภาพรวม

1. ช่องเสียบแถบ
2. ปุ่มกดนาฬิกา
3. ปุ่มลูกศรขึ้นและปุ่มลูกศรลง
4. ปุ่มบันทึกข้อมูลค่าน้ำตาล
5. ช่องใส่แถบตรวจพร้อมเซนเซอร์
6. ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่
7. พอร์ตไมโครยูเอสบี
8. ส่วนดึงแถบตรวจออก

ตั้งการตั้งค่าและรูปแบบเวลา

1 Language
✓ English
简体中文
繁体中文
Dansk

เปิดเครื่องตรวจวัดครั้งแรกครั้งที่ Language เกาะยาว จะปรากฏขึ้น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ กด ✓

2 Time Format
✓ 12 hour
24 hour

Time Format สูปแบบเวลา ปรากฏขึ้น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก 12 hour เวลาจะแสดงเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย หรือ 24 hour ช่วงเวลา กด ✓ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกและกลับไปที่ Main Menu เมนูหลัก

เตรียมอุปกรณ์เจาะเลือด



1. ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เจาะเลือด Accu-Chek Softclix
2. นำเข็มเจาะออกจากซองเก็บในกระบะน้ำสำหรับทดลอง
3. ดึงฝาครอบออกโดยการดึงออกมาตรง ๆ ห้ามบิดฝาครอบ
4. ใส่เข็มเจาะในอุปกรณ์เจาะเลือดให้เข้าเกือก
5. ปิดครึ่งครอบปรับระดับเข็มเจาะออก
6. นำฝาครอบกลับไปที่ตำแหน่งของเข็ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบปรับระดับเข็มเจาะกับครอบที่อุปกรณ์เจาะเลือดอยู่ชิ้นเดียวกันหรือไม่
7. ปรับระดับความลึกของเข็มเจาะให้พอดีกับความต้องการของคุณ โดยเริ่มที่ระดับ 2 สำหรับผิวหนังที่ค่อนข้างบาง ให้ขยับไปที่ระดับสูงขึ้น
8. กดปุ่มเปิดปิดครอบที่อุปกรณ์เจาะเลือดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
9. รวบรวมอุปกรณ์เจาะเลือดเข้ากับกระพ้นเข็มเจาะเพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน

ทำการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือด



1. ล้างมือแล้วเช็ดมือให้แห้งก่อนทำการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือด
2. ตรวจสอบวันหมดอายุที่ขอบของขวดบรรจุแถบตรวจ หากเกินระยะเวลาที่ระบุแล้ว อย่าใช้งานแถบตรวจ
3. นำแถบตรวจแล้วหยิบออกมาจากขวดบรรจุแถบตรวจ ปิดฝาขวดแถบตรวจทันที
4. ใส่แถบตรวจค่าน้ำตาลในเลือดเข้าเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด เครื่องจะเปิดทำงาน Preparing to test การเตรียมตั้งเครื่องทำการทดสอบ จะปรากฏขึ้น
5. กดปุ่มกดนาฬิกาเพื่อเปิดใช้งานช่วงของปลายนิ้วมือและทำการเจาะปลายนิ้วมือ ให้ใช้ปลายนิ้วมือที่สะอาดและแห้งเพื่อเจาะเลือดเพื่อป้องกันผลการทดสอบที่ผิดพลาด
6. นำปลายด้าน **ขอบสีเหลืองทอง**ของแถบตรวจวัดไปสะท้อนที่ขอบเลือด เลาะนิ้วออกจากแถบตรวจ Analyzing เกาะกับการทดสอบ ปรากฏขึ้น ห้ามนำขอบสีเหลืองทองของแถบตรวจ
7. และการตรวจจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอในเวลา ในเส้น 4 วินาที
8. ดึงนำตรอยปุ่มกดนาฬาเพื่อเตรียมพร้อมเก็บเข็มเจาะออกจากซองเก็บเข็มเจาะเลือดออก

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
Roche USA – 54139
V4/1 – 07800509001 – Black
Roche USA – 54139
V4/2 – 07800509001 – Cyan
Roche USA – 54139
V4/3 – 07800509001 – Magenta
Roche USA – 54139
V4/4 – 07800509001 – Yellow

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการโรคเบาหวาน Accu-Chek Connect* ได้ที่:

App Store | Google Play

*ปีวัตถุประสงค์ปุ่มกดแสดงขึ้นเท่านั้น

การปรับปรุงครั้งล่าสุด: 2016-05

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK GUIDE และ SOFTCLIX เป็นเครื่องหมายการค้าของ Roche

APPLE, โลโก้ APPLE และ APP STORE เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

GOOGLE PLAY เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

© 2016 Roche Diabetes Care
07800509001-0516

ACCU-CHEK® Guide

Roche

TH

เริ่มใช้งาน

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

ACCU-CHEK®

คำเตือน

- คู่มือการใช้งานฉบับย่อนี้ไม่สามารถให้ผลดูข้อมูลที่จะครบถ้วนสำหรับการเจาะเลือด Accu-Chek Guide โดยคู่มือการใช้งานประกอบไปด้วยคำแนะนำในการใช้ที่สำคัญและข้อมูลเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เจาะเลือดฉบับย่อออกแบบสำหรับใช้งานบุคคลเท่านั้น

ภาพรวม

1. ขอบสลายแถบ
2. ปุ่มขอบกลับ
3. ปุ่มลูกศรขึ้นและปุ่มลูกศรลง
4. ปุ่มบันทึกผลตั้งค่าบูสต์
5. ช่องใส่แถบตรวจพร้อมเซนเซอร์
6. ฝาปิดช่องใส่แถบตรวจ
7. หลอดไฟโครงสูงแดง
8. ส่วนคั่นแถบตรวจออก

ตั้งภาษาและรูปแบบเวลา

1 Language
✓ English
简体中文
繁体中文
Dansk

เปิดเครื่องตรวจวัดโดยการกดที่ Language เกาะยาว จะปรากฏขึ้น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
กด ✓

2 Time Format
✓ 12 hour
24 hour

Time Format รูปแบบเวลา ปรากฏขึ้น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก 12 hour (12 ชั่วโมง) กดยืนยันจนหน้าถัดไป หรือ 24 hour (24 ชั่วโมง) กด ✓ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกและเข้าไปที่ Main Menu (เมนูหลัก)

เตรียมอุปกรณ์เจาะเลือด

1

ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เจาะเลือด Accu-Chek FastClix

2

หมุนคลิ๊กเพื่อเพิ่มจำนวนเข็มเจาะเลือกตามความต้องการ

หมายเหตุ
คลิ๊กเข็มและเลนส์ประกอบรูปแผ่นเจาะเลือดทิ้งเมื่อครบ ~ 6 เดือน

3

ดึงฝาครอบออกโดยการเหวี่ยงอย่างแรง ๆ หากมีคราบสกปรก

คำเตือน
ห้ามใช้คลิ๊กเข็มและปุ่มอุปกรณ์เจาะเลือดในขณะที่ฝาครอบเปิดอยู่ หรือที่ปุ่มอุปกรณ์เจาะเลือดในขณะที่ปุ่มเปิด/ปิดถูกกดทิ้งไว้ เช่น ขึ้นไปบน เพราะอาจทำให้เกิดบาดเจ็บ ปุ่มที่ถูกของกดและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ โดยไม่ตั้งใจ

4

เลื่อนคลิ๊กเข็มเข้าไปในอุปกรณ์เจาะเลือด โดยใช้ตามนิ้วหัวแม่มือ ค้างคลิ๊กเข็มเข้าไปในอุปกรณ์เจาะเลือกจนกระทั่งคลิ๊กเข็มเข้าไปในช่องใส่คลิ๊ก

หมายเหตุ
ห้ามนำคลิ๊กเข็มออกจากการจะใช้ซ้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ของการตรวจวัดผิดพลาด เนื่องจากคลิ๊กเข็มไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลังจากที่นำออกจากอุปกรณ์เจาะเลือกแล้ว

5

นำฝาครอบกลับไปวางที่อุปกรณ์เจาะเลือดเดิม ตรวจสอบว่าฝาครอบที่ถูกครอบลงบนอุปกรณ์เจาะเลือกรับประทานที่ปุ่มอุปกรณ์เจาะเลือด

6



ปรับระดับความลึกของเข็มเจาะโดยหมุนปลายที่ปุ่มที่สามารถ โดยเริ่มที่ระดับ 2 สำหรับปีกหนังที่หนามากว่า ให้หมุนไปที่ตามาระดับสูงขึ้น

ให้ใช้อุปกรณ์เจาะเลือด โดยกดปุ่มเปิดปิดอุปกรณ์เจาะเลือด เพื่อเปิด และปล่อยเพื่อปิด 1 คลิ๊ก

เมื่อพร้อมสำหรับการตรวจแล้ว...

ทำการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือด

1

ล้างมือและทำให้มือร่างกายพร้อมการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือด

2

ตรวจสอบวันหมดอายุที่ขอบขวดของแถบตรวจ หากมีขอบเกรดหรือหมดอายุแล้ว

3

นำแถบตรวจออกจากขวดโดยการเขย่าขวดตรงๆ และปลายขวด ปิดฝาขวดทันทีหลังใช้

4

ใส่แถบตรวจค่าน้ำตาลในเลือดบนเมตาลิคเข้าไปในเครื่องตรวจ

เครื่องจะเปิดทำการ Preparing to test การตรวจวัดเริ่มต้นที่การทดสอบ จะปรากฏขึ้น

5

กดอุปกรณ์เจาะเลือดลงไปที่ด้านข้างของนิ้วเพื่อทดสอบในขณะเดียวกันอุปกรณ์เจาะเลือดจะปรากฏขึ้น

6

นำปลายด้าน**ขอบสีเหลือง**ของแถบตรวจไปแตะที่ขอบเลือด เค้าน้ำของค่าน้ำตาลจากแถบตรวจจะถูกดูดซึมเข้าสู่ตัวแถบ **Analyzing** (การวิเคราะห์) ปรากฏขึ้น ชำนักขอบเลือดจนกระทั่งการบรรจุของแถบตรวจ

ผลการตรวจพร้อมปรากฏขึ้นบนหน้าจอในเวลาในกี่ม. ๆ วินาที

กอนเสร็จขั้นการตรวจ...

เครื่องอุปกรณ์เจาะเลือดสำหรับการตรวจหลังครบ 1 ครั้งแล้วปิดวาล์วเพื่อเก็บรวบรวมเศษเลือดบรรจุชิ้นและเปิดไว้ ของเสียที่ผ่านแสดงจำนวนชิ้นที่เหลืออยู่

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสำหรับการจัดการโรคเบาหวาน Accu-Chek Connect* ได้ที่:

App Store | Google Play

*ปีกิดตำปรับอุปกรณ์เพื่อเพิ่มเติมบางอุ

การปรับปรุงครั้งล่าสุด 2016-05

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK GUIDE และ FASTCLIX เป็นเครื่องหมายการค้าของ Roche

APPLE, โลโก้ APPLE และ APP STORE เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
GOOGLE PLAY เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

© 2016 Roche Diabetes Care

07800509001-0516